

# 【CALNEO HC/Smart 保守仕様書】富士フイルム製

## 1. 対象契約機器と保守業務

No.	機器名	保証内容	過失保証	①オンサイト定期点検	②修理対応	③FPDキャリアブ
	シリアル番号					
1	DR CALNEO HC SQ (SE)	タイプRD		1回/年	○	○
	87220726					
2	DR CALNEO HC SQ (SE)	タイプRD		1回/年	○	○
	87220748					
3	DR CALNEO HC SQ (SE)	タイプRD		1回/年	○	○
	87220751					
4	DR CALNEO HC SQ (SE)	タイプRD		1回/年	○	○
	87220752					
5	DR CALNEO HC (MP)	タイプRD		1回/年	○	-
	87020948					
6	DR CALNEO HC (MP)	タイプRD		1回/年	○	-
	87020949					
7	DR CALNEO HC (MP)	タイプRD		1回/年	○	-
	87020954					
8	DR CALNEO HC (MP)	タイプRD		1回/年	○	-
	87020955					
9	DR CALNEO HC (MC)	タイプRD		1回/年	○	-
	86920734					
10	DR CALNEO HC (MC)	タイプRD		1回/年	○	-
	87020741					
11	CALNEO Smart C47	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87053063					
12	CALNEO Smart (MP)	タイプRD		1回/年	○	-
	87123913					
13	CALNEO Smart (MP)	タイプRD		1回/年	○	-
	87223991					
14	CALNEO Smart モバイル用APキット	タイプRD		1回/年	○	-
	87151654					
15	CALNEO Smart モバイル用APキット	タイプRD		1回/年	○	-
	87151655					
16	CALNEO Smart モバイル用APキット	タイプRD		1回/年	○	-
	87151656					
17	CALNEO Smart C77	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87151748					
18	CALNEO Smart C77	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87151766					
19	CALNEO Smart C77	タイプRD		1回/年	○	○
	87151767					
20	CALNEO Smart C77	タイプRD		1回/年	○	○
	87151768					
21	CALNEO Smart C77	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87251833					
22	CALNEO Smart C77	タイプRD		1回/年	○	○
	87251830					
23	CALNEO Smart C77	タイプRD		1回/年	○	○
	87251831					
24	CALNEO Smart C77	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87251832					
25	CALNEO Smart C77	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87251834					
26	CALNEO Smart C12	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87150903					
27	CALNEO Smart C12	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87150930					
28	CALNEO Smart C12	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87150929					
29	CALNEO Smart C12	タイプRD +2f		1回/年	○	○
	87150928					

## 【CALNEO HC/Smart 保守仕様書】富士フイルム製

30	CALNEO Smart C12	タイプRD +2f	1回/年	○	○
	87250962				
31	CALNEO Smart C12	タイプRD +2f	1回/年	○	○
	87250963				

### 2. 業務内容

- ① オンサイト定期点検  
年1回行うものとします。なお、実施月度は協議により随時変更できるものとします。
- ② 修理対応  
契約機器に万一不具合が発生した場合、当院の要請により速やかに技術員を派遣して必要な復旧作業を行うものとします。
- ③ FPDキャリブレーションサービス  
FPD画像の一様性を維持するため、①に定める定期点検時に、FPD画像のムラ、点欠陥、線欠陥等を測定し、必要に応じて補正・調整を実施します。  
受託者は、①②③の業務の前後に必要であると判断した場合、契約機器の状態確認・説明・操作指導等を行うものとします。

### 3. 保証内容

タイプRD	(1) 交換部品はすべて受託者の負担とします。
タイプRD+2f	(1) 交換部品はすべて受託者の負担とします。 (2) 当院の過失(重過失は除く)により次のいずれかの対象事由が生じかつ異常が発生し、FPD本体を交換する場合のFPD本体代金は、本契約開始から終了までの1年間毎に当該特約対象機器全てについての交換合計2回までを全額受託者の負担とし、3回目700,000円、4回目以降1,500,000円をそれぞれ当院の負担とします。 A. パネルに異常が発生し、落下や強い衝撃によりパネル部に著しい変形(全面、局部の変形・湾曲)が生じた場合 B. パネル部に液体(血液、嘔吐物、飲料水など)による汚染の痕跡が認められた場合 C. パネル内蔵センサーのログから、強い衝撃を受けたことが確認された場合 (3) UPS本体を交換する場合のUPS本体代金は全額当院の負担とします。