仕様書

1. 調達物品及び構成内容

全身用X線CT装置一式及びこれに付随する役務提供、保守の一式であり、
構成内容については次のとおりである。

（1）構成内容

①ガントリシステム本体
②X線検出器　一式
③X線高電圧発生装置　一式
④X線管システム　一式
⑤撮影寝台　一式
⑥操作コンソール及びコンピューターシステム　一式
⑦周辺付属品及び周辺仕様　一式
⑧機器の搬入、据付、配線、配管、調整、及びシステム接続等に係る役務の提供

（2）無料保守

購入物品の納入日から1年間の無料保守

（3）付随する役務提供一式

①既存品の撤去
②運搬、搬入、設置、接続、調整
③稼働させるために必要なテスト
④検査担当者への機器操作説明

2. 納入期限

令和9年12月12日（日）17時まで

3. 設置場所

地方独立行政法人三重県立総合医療センター　CT検査室及びCT機械室、CT操作室他

4. 仕様に関する留意事項

（1）基本仕様

調達物品にかかる性能、機能及び技術的な要件は別添「三重県立総合医療センター全身用X

線 CT 装置詳細仕様書」のとおり。

（２）保守体制及び保守期間について

①購入物品の納品日から１年間は、通常の使用により故障した場合のＸ線管球を含めた無料保守サービスをつけること。

②詳細内容については、「全身用Ｘ線 CT 装置保守業務仕様書」のとおり